

تقرير فحص السمع BERA

تقرير تشخيصي

16 Jun 2016 شادية عثمان عبد الجعفر الصائم

التاريخ	16 Jun 2016
المنشأة	مستشفى كونتيننتال، حيدر آباد — قسم السمعيات وعلاج النطق
الطبيب	إحالة د. شريف

مواصفات الفحص

- المحفز: نقرة عريضة النطاق
- معدل التحفيز: 1.11 نقرة/ثانية
- إعدادات المرشح: 1-2-3 هرتز
- وضع الأقطاب: أفقي
- القطبية: تخلخل
- المحول: سماعات رأس

النتائج

- الأذن اليمنى: شكل موجي جيد وقابلية تكرار مع ذروة V محددة حتى 0.8 ديسيبل.
- الأذن اليسرى: ذروة V غائبة حتى 0.9 ديسيبل مع شكل موجي ضعيف وقابلية تكرار ضعيفة.

النتيجة

- الأذن اليمنى: فقدان سمع متوسط الشدة إلى شديد.
- الأذن اليسرى: فقدان سمع شديد إلى عميق.

التوصيات

استخدام معين سمعي (تكبير). متابعة.